



**ONARC**  
**ORGANO NACIONAL DE ACREDITACION REPUBLICA DE CUBA**

<b>LABORATORIO</b>	<b>NRO. LABORATORIO</b>
Laboratorio de Contadores de Energia Eléctrica	<b>100</b>

**CALIBRACIONES PARA LAS CUALES SE HA CONCEDIDO LA ACREDITACIÓN Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ACEPTADOS POR EL ÓRGANO DE ACREDITACIÓN**

N/O	MAGNITUD FISICA	NOMENCLATURA DE LOS INSTRUMENTOS QUE CALIBRAN	RANGO DE MEDICION	Mejor capacidad de calibración expresada como incertidumbre	NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL U OTRA DOCUMENTACION QUE AMPARA LA CALIBRACION	Instalación donde se realiza la calibración
1	Electricidad	Contadores de energía el eléctrica de trabajo monofásico	de 5 W a 25 kW	0,12 %	FD-DG <sub>8.24</sub> 70 01 A10 Rev 01	Permanente
2		Contadores de energía el eléctrica patrón monofásico	de 100 mW a 36 kW	0.012 %	FD-DG <sub>8.24</sub> 70 01 A11 Rev 01	Permanente